



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКСАР"		
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 107078, переулок Орликов, дом 6, этаж 1, помещение II, офис 9, основной государственный регистрационный номер: 1197746631026, номер телефона: +74993508057, адрес электронной почты: ooo-laksar@yandex.ru		
в лице Генерального директора Кузьмина Александра Николаевича		
заявляет, что Приборы электроизмерительные: бесконтактный инфракрасный термометр торговой марки «AiQura», модель AD-801		
изготовитель «Zhengzhou AiQURA intelligent technology co. LTD». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 4th floor, building 26, Smart Phone Industrial Park, intersection of Xingang avenue and Renmin road, Zhengzhou Airport Economy Zone, Zhengzhou, 450006, Китай.		
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9025192000. Серийный выпуск		
соответствует требованиям		
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"		
Декларация о соответствии принята на основании		
Протокола испытаний № Т20200430-005 от 30.04.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Интера», аттестат аккредитации РОСС RU.31787.04ФРЕ06, сроком действия до 07.04.2022 года		
Схема декларирования 1д		
Дополнительная информация		
ГОСТ 30804.6.2-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний", раздел 8 ; ГОСТ 30804.6.4-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний", раздел 7. Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок годности и срок хранения указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.		
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.04.2025 включительно		
(подпись)	М. П. "ЛАКСАР"	Кузьмин Александр Николаевич (Ф.И.О. заявителя)
Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.АЖ49.В.06634/20		
Дата регистрации декларации о соответствии: 30.04.2020		



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.AM04.H00732/20

Срок действия с 07.02.2020 по 06.02.2023

№ 0537743

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.11AM04, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-ЗАПАД", 109029, РОССИЯ, город Москва, Сибирский проезд, дом 2, строение 8, комната 4,

ПРОДУКЦИЯ

Медицинский бесконтактный инфракрасный термометр торговой марки «Aiqiga» модели AD-801. Серийный выпуск

КОД ОК
26.51.51

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

спецификации изготовителя

КОД ТН ВЭД
9025192000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Zhengzhou AIQURA intelligent technology co. LTD».

Место нахождения: 4th floor, building 26, Smart Phone Industrial Park, intersection of Xingang avenue and Renmin road, Zhengzhou Airport Economy Zone, Zhengzhou, 450006, Китай.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКСАР».

Место нахождения: Россия, 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 6, этаж 1, помещение II, офис 9.
ОГРН 1197746631026

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № Г20200207-226 от 07.02.2020 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Интера», аттестат аккредитации РОСС RU.31787.04ФРЕ06.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

Схема сертификации: Sc



Руководитель органа

Эксперт

Д.М. Беляев

Р.Ф. Мирсатов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Протокол исследований (испытаний) и измерений (анализа) №	T20200430-005	от	30.04.2020	г.
--	---------------	----	------------	----

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Интера»

Сертификат № РОСС RU.31787.04ФРЕ06 от 08.04.2019 г., срок действия до 07.04.2022 г.

Адрес: 125167, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 1, ПОДВ 0 П I К 10 О 1;

Телефон: +7 (919) 221-43-50. Адрес электронной почты: intera_lab19@mail.ru

Внимание! Перепечатка или размножение настоящего протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается. Настоящий протокол распространяется только на образцы (пробы), подвергшиеся исследованиям (испытаниям) и измерениям (анализу).

МП



УТВЕРЖДАЮ

/ В.П. Серов /

Объект испытаний (тип, артикул, модель, марка):	Приборы электроизмерительные: бесконтактный инфракрасный термометр торговой марки «Aiqura», модель AD-801
Наименование и адрес изготовителя:	«Zhengzhou AiQURA intelligent technology co. LTD». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 4th floor, building 26, Smart Phone Industrial Park, intersection of Xingang avenue and Renmin road, Zhengzhou Airport Economy Zone, Zhengzhou, 450006, Китай
Наименование и адрес заявителя испытаний:	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКСАР" Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 107078, переулок Орликов, дом 6, этаж 1, помещение II, офис 9
Цель испытаний:	Оценка соответствия Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)
Акт отбора образцов (проб):	Акт отбора заявителя Б/Н от 16.04.2020
Метод (методика) испытаний:	раздел 8 ГОСТ 30804.6.2-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний", раздел 7 ГОСТ 30804.6.4-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний"
Место проведения испытаний:	Испытательные залы ИЛ ООО «Интера»
Дата получения объекта испытаний:	16.04.2020
Сроки испытаний:	16.04.2020-30.04.2020
Условия проведения испытаний:	Температура окружающего воздуха 20-22 °С. Относительная влажность воздуха 66...68%. Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст.
Испытательное оборудование (указывается при необходимости):	---

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Измерение промышленных радиопомех (ИРП). ГОСТ 30804.6.4-2013

Несимметричное напряжение радиопомех (диапазон 0,15-30 МГц):

Частота, МГц	Квазипиковые значения		Средние значения	
	Допустимый уровень радиопомех, дБмкВ, не больше	Уровень радиопомех, дБмкВ	Допустимый уровень радиопомех, дБмкВ, не больше	Уровень радиопомех, дБмкВ
0,15	66,0	55	56,0	42
0,16	65,5	53	55,5	40
0,26	61,1	50	51,1	37
0,38	58,2	47	48,2	35
0,50	56,0	44	46,0	32
1,22	56,0	41	46,0	30
2,54	56,0	39	46,0	28
5,00	56,0	35	46,0	22
7,84	60,0	28	50,0	19
16,33	60,0	24	50,0	15
22,15	60,0	22	50,0	13
30,00	60,0	20	50,0	11

Мощность радиопомех.

Частота, МГц	Квазипиковые значения	Средние значения
--------------	-----------------------	------------------